



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 74.50.04.000.М.001775.08.22 ОТ 12.08.2022 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения: эксплуатация и хранение рентгеновского аппарата согласно приложению в ООО "ОртоБьюти" по адресу: 454008, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Комсомольский, д. 9, нежилое помещение №2.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "ОртоБьюти", 454008, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Комсомольский, д. 9, нежилое помещение №2. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)", СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)", СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгенкабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований", СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 74-20/01/08-15-2256-2022 от 01.08.2022 г. выданное ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области". Аттестат аккредитации № RA.RU.710037 от 13.05.2015 года.

Заключение действительно до 09.06.2027 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3454138



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 74.50.04.000.М.001775.08.22 ОТ 12.08.2022 г.

Перечень источников ионизирующего излучения:

Дентальный рентгеновский аппарат "Kodak 2100", зав. №ZKYA 021, 2011 года выпуска.

Максимальное анодное напряжение: 60 кВ


Сила тока: 7 мА

Вид работ: эксплуатация и хранение для проведения медицинских рентгенодиагностических исследований.

Место проведения работ: в рентгеновском кабинете ООО "ОртоБьюти" на 1-м этаже жилого дома по адресу: 454008, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Комсомольский, д. 9, нежилое помещение №2.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



В.М. Ефремов

Ф. И. О., подпись, печать